

大安聯合醫事檢驗所公告

公告編碼：402

日期：112年05月30日

- 公告事項：
1. 修正公告編碼401，檢驗項目Serum Protein Immuno-electrophoresis, IEF, 血清蛋白質免疫電泳，參考區間
 2. 檢驗項目ANA, Antinuclear Antibodies抗細胞核抗體變更報告格式
 3. 檢驗項目AMA, Anti-Mitochondria Ab. 粒腺體抗體變更報告格式
 4. 檢驗項目ASMA, Anti-Smooth muscle Ab. 抗平滑肌抗體變更報告格式
 5. 檢驗項目Anti-dsDNA DNA抗體 (IFA螢光免疫法) 變更報告格式
 6. 檢驗項目ANCA, Anti-Neutrophil cytoplasmic Ab.抗嗜中性球細胞質抗體變更報告格式
 7. 檢驗項目Anti-GPC Ab, Anti-Gastric Parietal Cell Antibodies壁細胞抗體變更報告格式
 8. 檢驗項目Cold Agglutinin Titer 寒冷凝集反應變更報告格式
 9. 檢驗項目TPPA, Treponema Pallidum Particle Agglutination梅毒螺旋體抗體試驗 變更報告格式

1. 修正公告編碼401，檢驗項目Serum Protein Immuno-electrophoresis, IEF, 血清蛋白質免疫電泳，參考區間，相關內容如下：

檢驗項目：Immuno-electrophoresis, IEF

健保編號：12103B 血清蛋白質免疫電泳分析

健保點數：900

參考區間：No paraprotein

當有M-Protein出現時，報告會提供：

M-Protein %、M-Protein g/dL

(原公告401)

2. 112年6月6日起，檢驗項目ANA變更報告格式，相關內容如下：

檢驗項目：Antinuclear Antibodies, ANA

健保編號：12053C 抗細胞核抗體

分析方法：Indirect Immunofluorescence Assay (IFA), Euroimmun

參考區間：1：40 (-)

原參考區間格式	原報告格式	新版參考區間格式	新版報告格式
<40X(-),Negative	40X(NEG)、 40X(POS)..	1:40(-) *起始操作倍數40倍	1:40(-)、1:40(+) 1:160(+)...>1:10240(+)

報告格式：1:40(-)、1:40(+)、1:80(+)、1:160(+)、1:320(+)、1:640(+)、1:1280(+)、1:2560(+)
1:5120(+)、1:10240(+)、>1:10240(+)

(2022年版檢驗目錄 p.046)(原參考區間：<40X(-),Negative)(修正為原廠說明書所列格式)

3. 112年6月6日起，檢驗項目AMA變更報告格式，相關內容如下：

檢驗項目：Anti-Mitochondrial Antibodies，AMA

健保編號：12056B 粒腺體抗體

分析方法：Indirect Immunofluorescence Assay (IFA)，Euroimmun

參考區間：1：20 (-)

原參考區間格式	原報告格式	新版參考區間格式	新版報告格式
<20X(-),Negative	20X(NEG)、 20X(POS)..	1:20(-) *起始操作倍數20倍	1:20(-)、1:20(+) 1:80(+)...>1:320(+)

報告格式：1:20(-)、1:20(+)、1:40(+)、1:80(+)、1:160(+)、1:320(+)、>1:320(+)

(2022年版檢驗目錄 p.044)(原參考區間：<20X(-),Negative) (修正為原廠說明書所列格式)

4. 112年6月6日起，檢驗項目ASMA變更報告格式，相關內容如下：

檢驗項目：Anti-Smooth Muscle Antibodies，ASMA

健保編號：12057B 抗平滑肌抗體

分析方法：Indirect Immunofluorescence Assay (IFA)，Euroimmun

參考區間：1：20 (-)

原參考區間格式	原報告格式	新版參考區間格式	新版報告格式
<20X(-),Negative	20X(NEG)、 20X(POS)..	1:20(-) *起始操作倍數20倍	1:20(-)、1:20(+) 1:80(+)...>1:320(+)

報告格式：1:20(-)、1:20(+)、1:40(+)、1:80(+)、1:160(+)、1:320(+)、>1:320(+)

(2022年版檢驗目錄 p.048)(原參考區間：<20X(-),Negative) (修正為原廠說明書所列格式)

5. 112年6月6日起，檢驗項目Anti-dsDNA 變更報告格式，相關內容如下：

檢驗項目：Anti-Double Stranded DNA Antibodies，Anti-ds DNA

健保編號：12060B DNA抗體 (IFA螢光免疫法)

分析方法：Indirect Immunofluorescence Assay (IFA)，Euroimmun

參考區間：1：10 (-)

原參考區間格式	原報告格式	新版參考區間格式	新版報告格式
<10X(-),Negative	10X(NEG)、 10X(POS)..	1:10(-) *起始操作倍數10倍	1:10(-)、1:10(+) 1:20(+)...>1:640(+)

報告格式：1:10(-)、1:10(+)、1:20(+)、1:40(+)、1:80(+)、1:160(+)、1:320(+)、1:640(+)、>1:640(+)

(2022年版檢驗目錄 p.036)(原參考區間：<10X(-),Negative) (修正為原廠說明書所列格式)

6. 112年6月6日起，檢驗項目ANCA 變更報告格式，相關內容如下：

檢驗項目：Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies，ANCA

健保編號：12171B 抗嗜中性球細胞質抗體

分析方法：Indirect Immunofluorescence Assay (IFA)，Euroimmun

參考區間：1：10 (-)

原參考區間格式	原報告格式	新版參考區間格式	新版報告格式
<10X(-),Negative	10X(NEG)、 10X(POS)..	1:10(-) *起始操作倍數10倍	1:10(-)、1:10(+) 1:32(+)...>1:1000(+)

報告格式：1:10(-)、1:10(+)、1:32(+)、1:100(+)、1:320(+)、1:1000(+)、>1:1000(+)
 (2022年版檢驗目錄 p.045)(原參考區間：<10X(-),Negative) (修正為原廠說明書所列格式)

7. 112年6月6日起，檢驗項目 Anti-GPC Ab 變更報告格式，相關內容如下：

檢驗項目：Anti-Gastric Parietal Cell Antibodies，Anti-GPC Ab
 健保編號：12058B 壁細胞抗體
 分析方法：Indirect Immunofluorescence Assay (IFA)，Immco Diagnostics
 參考區間：1：10 (-)

原參考區間格式	原報告格式	新版參考區間格式	新版報告格式
<10X(-),Negative	10X(NEG)、 10X(POS)..	1:10(-) *起始操作倍數10倍	1:10(-)、1:10(+)、 1:20(+)...>1:320(+)

報告格式：1:10(-)、1:10(+)、1:20(+)、1:40(+)、1:80(+)、1:160(+)、1:320(+)、>1:320(+)
 (2022年版檢驗目錄 p.043)(原參考區間：<10X(-),Negative) (修正為原廠說明書所列格式)

8. 112年6月6日起，檢驗項目 Cold Agglutinin Titer 變更報告格式，相關內容如下：

檢驗項目：Cold Agglutinin Titer
 健保編號：12008B 寒冷凝集反應
 分析方法：Hemagglutination，Sanquin
 參考區間：<1:16(+)

原參考區間格式	原報告格式	新版參考區間格式	新版報告格式
<16X(-)，Normal	4X(-)、8x(-)、 16X(+)..	<1:16(+) *起始操作倍數4倍	1:4(-)、1:4(+) 1:8(+)、1:16(+) 1:32(+)、1:64(+)...

報告格式：1:4(-)、1:4(+)、1:8(+)、1:16(+)、1:32(+)、1:64(+)...
 (2022年版檢驗目錄 p.100)(原參考區間：<16X(-),Normal)


9. 112年6月6日起，檢驗項目 TPPA 變更報告格式，相關內容如下：

檢驗項目：Treponema Pallidum Particle Agglutination，TPPA
 健保編號：12018C 梅毒螺旋體抗體試驗
 分析方法：Particle agglutination，Serodia
 參考區間：1:80(-)

原參考區間格式	原報告格式	新版參考區間格式	新版報告格式
80X(-)	80X(NEG)、 80X(POS)、 160X(POS)	1:80(-) *起始操作倍數80倍	1:80(-)、1:80(+)、 1:160(+)... >1:5120(+)

報告格式：1:80(-)、1:80(+)、1:160(+)、1:320(+)、1:640(+)、1:1280(+)、1:2560(+)、1:5120(+)
 >1:5120(+)
 (2022年版檢驗目錄 p.360)(原參考區間：80X(-)) (修正為原廠說明書所列格式)

謹此敬告週知修正，通知事項同步公告於本所網頁



大安聯合醫事檢驗所
 負責人 陳明輝 敬上